

À  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Coordenadoria de Compras e Licitações  
Teresina – PI.

**Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019 – IRP Nº 48/2018**

A **SCIENTIFIC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., INSCRITA NO CNPJ Nº 07.207.970/0001-01**, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Capitão Melo nº 3883 Bairro São João do Tauape – CEP nº 60.120-095, vem, tempestivamente, oferecer a presente

### **IMPUGNAÇÃO**

aos termos do Edital em referência, o que faz na conformidade seguinte:

## I – DA TEMPESTIVIDADE

1. Conforme previsão expressa da cláusula 22.1. do Edital, é estipulado para a interposição de IMPUGNAÇÃO o prazo de **ATÉ (02) DOIS DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA DESIGNADA PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.**

2. Na medida em que a abertura da Sessão Pública está marcada para o dia 09 de Maio de 2019, a presente IMPUGNAÇÃO se mostra **TEMPESTIVA.**

## II – DOS FATOS

3. Trata-se de Pregão Eletrônico, tendo no ítem 02, como objetivo “**a aquisição de um Sistema de radiologia computadorizada (CR)**”, de acordo com as condições e especificações constantes no Termo de Referência, ANEXO I do Edital.

4. Ao verificar as exigências técnicas do Edital, esta Impugnante apresenta os seguintes argumento com finalidade de alterá-lo, e assim para que possa viabilizar sua participação.

### III - DAS RAZÕES DE RECURSO

#### III.a - ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

5. Conforme consta na ESPECIFICAÇÕES: Onde consta “**Leitora de imagem de mesa: com capacidade de processamento de pelo menos 70 lps por hora...**”

- *Este ponto, refere-se a produtividade do CR, pois a frase sobre a velocidade de processamento está solta no descritivo e não informa a que tamanho se refere esta velocidade;*

#### III.b - DA NOVA DESCRIÇÃO

1. Nestes termos, vislumbrando um aspecto prático mais realista bem como outras, possam participar do presente certame, a Impugnante requer que seja alterado o Edital quanto a este quesito, para isso, sugere o descritivo abaixo:

**Sistema de radiologia computadorizada (CR), composto por:**

Leitora de imagem de mesa: com capacidade de processamento de **no mínimo 40 placas por hora, no tamanho 35x43cm.** Peso que não ultrapasse os 45 Kg. Cujas captação de imagem em modo normal de trabalho tenha resolução de pelo menos 8 pixels/mm e no modo de alta velocidade seja de pelo menos 4 pixels/mm

Console: composto por central de comando e monitor de definição adequada para avaliação das imagens

radiográficas obtidas. O qual deve possuir sistema de filtros para medicina veterinária, com variações entre as diferentes espécies e faixas de peso corporal dos animais.

Alimentação: 120 a 240V.

Cassetes: dois cassetes 18 x 24cm; dois cassetes 24 x 30cm; dois cassetes 35 x 43cm, com placa de geração de imagem de igual tamanho

- Deverá acompanhar um NO BREAK que seja compatível com o Sistema de radiologia computadorizada (CR)

Condições Gerais:

Devem ser declaradas e/ou apresentadas na proposta as seguintes exigências:

- Garantia integral de no mínimo 18 meses a partir da data de instalação.
- Declaração que a montagem e treinamento operacional estarão inclusos;
- Catálogo original e termo de garantia do fabricante;
- Cópia do registro no Ministério da Saúde/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
- Manual de operação em português;
- Os proponentes deverão obrigatoriamente mencionar em sua proposta todos os itens acima relacionados. Os itens não informados serão considerados como não atendidos.

#### **IV – DO PEDIDO**

2. Em face do exposto, requer seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com a finalidade de alterar o edital quanto aos itens impugnados, e como consequência, seja republicado seus termos conforme princípios da Lei nº 8666/93.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Fortaleza-Ce., 06 de Maio de 2019.



**Scientific Comercio Importação Ltda**

Francisco Edson Serafim de Sousa

E-mail: [edson.serafim@scientific.med.br](mailto:edson.serafim@scientific.med.br)

Telefone: (85) 3308-5700

RG: 91015119606-SSP-CE

CPF: 241.997.023-34